

(5)

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc phí dịch vụ thẩm định giá hóa chất xét nghiệm điện giải đồ của Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn năm 2023-2024.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013; nghị định số 63/NĐ- CP ngày 26/06/2014 của chính phủ và hướng thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng giá dự toán gói thầu hóa chất xét nghiệm. Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn kính mời quý Công ty đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo qui định của pháp luật tham gia báo phí dịch vụ thẩm định giá cho danh mục hóa chất xét nghiệm điện giải đồ Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2023-2024 (có phụ lục kèm theo) với nội dung sau:

- Thông tin đăng tải trên trang Web: <http://trungtamytehuyenyenson.com>
- Bên dự chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá.
- Thời gian báo giá: Từ 8h ngày 16 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 11 năm 2023
- Đề nghị quý Công ty đơn vị gửi bản chào giá đến chúng tôi bằng hình thức:
 - + 02 bản có dấu đỏ của Công ty
 - + File excel gửi về Gmail: Nhung89pharma@gmail.com
- Điện thoại liên hệ: DS Sơn 0912.453.526 hoặc Ds Nhung : 0936.662.689
- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa dược-vật tư-trang thiết bị y tế, Trung tâm y tế huyện Yên Sơn, Tổ 13, phường An Tường, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- BGĐ
- Lưu Dược-TTBVTYT



Hoàng Mạnh Hùng

	Tên Hóa chất	Tên thương mại	Yêu cầu về kỹ thuật đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ hoặc tương đương	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói hoặc tương đương	Hãng sản xuất/nước sản xuất	Số lượng
1	3	4	5	6	7	8	15

I- Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ máy xét nghiệm điện giải đồ (3 Thông số Na, K, Cl) Model: ISE3000 (SFRI S

1	Reagent Pack	Reagent Pack ISE3000	Dung tích 1000 ml (Standard A 650 ml + Standard B 350 ml). Thành phần: Buffer <0.1% Inorganic salts <3.0 % Preservative <0.05 %.	Hộp	Hộp 1000 ml (Standard A 650 ml + Standard B 350 ml)	SFRI SAS/Pháp	8
2	Calibration	ISE Calibration (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH)	Dung dịch hiệu chuẩn các thành phần Thành phần: Organic Buffer <0.1% Inorganic salts <2.0 % Preservative <0.05% Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và CE	lọ	Lọ 30 mL	SFRI SAS/Pháp	10
3	Weekly Cleaning Solution	Weekly Cleaning Solution	Dung dịch rửa hàng tuần Thành phần: Hypochlorite de sodium < 0,1 % Surfactant < 1,0 % Conservateurs < 0,05 % Tiêu chuẩn ISO13485 và CE	lọ	Lọ 30 mL	SFRI SAS/Pháp	6
4	Na Conditioner	Na Conditionner	Dung dịch bề mặt cho điện cực Na, dùng để làm sạch bề mặt điện cực. Thành phần: Sodium fluoride < 1 %	lọ	Lọ 30 mL	SFRI SAS/Pháp	3
5	K Filling Solution	K Filling Solution	Dung dịch sử dụng kèm điện cực K Thành phần: Buffer <0.5% Potassium salts <6.0 %	lọ	Lọ 30 mL	SFRI SAS/Pháp	3
6	pH Na Cl Filling Solution	pH Na Cl Filling Solution	Dung dịch sử dụng kèm điện cực PH, Na, Cl Thành phần: Buffer <0.5% Inorganic salts <8.0 %	lọ	Lọ 30 mL	SFRI SAS/Pháp	3

	Tên Hóa chất	Tên thương mại	Yêu cầu về kỹ thuật đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ hoặc tương đương	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói (Hoặc tương đương)	Hãng sản xuất/ nước sản xuất	Số lượng
1	3	4	5	6	7	8	15
7	Control (Na+, K+, Cl-, Ca++,pH)	ISE Control (Na+, K+, Cl-, Ca++,pH)	* Dung dung kiểm chuẩn các thông số Na +, K+, Cl-, Ca++, pH thành phần: Organic Buffer <0.1% Inorganic salts <2.0 % Preservative <0.05% Tiêu chuẩn: ISO13485 và CE	lọ	Lọ 30 mL	SFRI SAS/Pháp	10
8	Na electrode	Na electrode	Điện cực Na+	túi 1 cái	Cái	SFRI SAS/Pháp	1
9	K electrode	K electrode	Điện cực K+	túi 1 cái	Cái	SFRI SAS/Pháp	1
10	Cl electrode	Cl electrode	Điện cực Cl-	túi 1 cái	Cái	SFRI SAS/Pháp	1
11	Reference electrode	Reference electrode	Điện cực tham chiếu	túi 1 cái	Cái	SFRI SAS/Pháp	1